PAUTA DE EVALUACION CUBETAS INDIVIDUALES PARA DESDENTADOS PARCIALES

Competencia: El alumno confeccionará dos juegos de cubetas individuales para desdentados parciales de acuerdo a los criterios de la asignatura. Se evaluará un juego por sesión.

Evaluación del nivel de logro de la competencia

El criterio debe ser evaluado en una escala de tres niveles. El puntaje (0, 3 o 5) debe ser multiplicado por la ponderación para obtener la puntuación del descriptor. Sumar las puntuaciones y convertir con la tabla de 65 puntos.

Descriptor de la competencia:

Descriptor	Criterios
Adaptación	(5) La superficie interna de la cubeta está en contacto con el modelo en toda la extensión del extremo libre y aliviada en las zonas dentadas. Y no bascula. (3) Hay una zona en la que la superficie de la cubeta no está en contacto con el reborde, o, hay una zona dentada en que la cubeta no esté espaciada. (0) Hay más de una zona de desadaptación y/o bascula..
Extensión	(5) Los bordes de la cubeta cubren la línea demarcada en el modelo en todo su perímetro. No se ubican sobre el zócalo. (3) El 60% del perímetro demarcado está cubierto por los bordes de la cubeta y no cubre el zócalo. (0) Menos del 60% cubre el zócalo en alguna zona.
Grosor	(5) La cubeta tiene un grosor uniforme de 2 mm. aproximadamente. Al mirarla al trasluz se observa una translucidez homogénea. (3) El 75% de la cubeta no se observa translúcido. (0) Más del 25% de la cubeta presenta zonas translúcidas.
Topes oclusales	(5) Cada cubeta tiene tres a cuatro topes de 3 mm en las zonas dentadas: uno o dos anteriores y dos posteriores. (3) Se presentan tres a cuatro topes de 3 mm, pero son irregulares. (0) Se presentan menos de tres topes, o bien, su grosor es insuficiente (menos de 3 mm), o son muy grandes e irregulares.
Bordes periféricos	(5) La totalidad de los bordes deben ser redondeados. No deben percibirse filos al tacto. (3) Al menos el 75% de los bordes están redondeados y sin filos al tacto (0) Menos del 75% de los bordes están redondeados y se perciben al menos 2 zonas con filo al tacto
Borde posterior	(5) El borde posterior de la cubeta superior y del extremo libre de la inferior debe estar definido, lineal y terminar en bisel (de 4 mm de ancho) hacia la cara externa, sin ondulaciones. (3) El bisel no presenta 4 mm en toda su longitud, y el borde está definido en al menos en un 75%. (0) El bisel no se observa definido y es irregular en más de un 25%.
Mango	(5) El mango de la cubeta superior debe ser de 20 mm. de ancho y una altura de 20 mm. Ubicado sobre la parte más alta y central de la zona incisiva. Tiene una inclinación de 70° hacia vestibular. (3) Cumple con las dimensiones, y la inclinación está entre ángulo recto y 70%. (0) Está mal ubicado, o la inclinación no respeta lo exigido, o las dimensiones son menores a lo exigido.
Pulido	(5) La superficie externa de la cubeta debe estar pulida, suave al tacto. (3) Un 70% de la superficie externa de la cubeta está pulida. (0) Menos del 70% de la superficie externa está pulida.